

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»;
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050;
код за ЄДРПОУ – 02011930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні НК 024:2019: 35379 Стіл операційний універсальний, електрогідравлічний (операційний стіл електрогідравлічний)

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-05-15-014270-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв'язку із потребою оновлення матеріально-технічної бази Інституту, необхідно провести закупівлю медичного обладнання з наступними медико-технічними вимогами, а саме:

Медико-технічні вимоги

1. Операційний стіл електрогідравлічний

№ з/п	Медико-технічні вимоги
1.	Операційний стіл повинен бути з електрогідравлічним регулюванням та повинен мати наступні функції столу: Рухи вгору/опускання донизу Тренделенбург/Антитренделенбург Латеральний нахил
2.	Тренделенбург/Антитренделенбург не менше ніж 30°/30°
3.	Латеральний нахил не гірше ніж $\pm 20^\circ$
4.	Діапазон регулювання по висоті (без подушок) від не більше 700 мм до не менше 1050 мм
5.	Стіл повинен бути мобільним, на маневрених подвійних колесах, з захисним покриттям від рідини. Не менше двох коліс повинні бути електропровідними. Діаметр коліс – не менше 120 мм
6.	Наявність направляючого колеса
7.	Наявність центральної фіксації столу за допомогою ножної педалі
8.	Спинна секція повинна регулюватися не гірше, ніж +75°/-50°
9.	Керування за допомогою пульта керування та педалі
10.	Пульт керування з індикацією стану акумулятора та із захистом від випадкового активації різних функцій
11.	Загальна довжина столу – не менше 2120 мм та не більше 2200 мм
12.	Ширина робочої поверхні столу – не менше 540 мм

13.	Загальна ширина столу – не більше 600 мм
14.	Максимальне навантаження у нерухомому положенні – не менше 250 кг
15.	Безпечне навантаження – не менше 185 кг
16.	Живлення від акумулятора
17.	Наявність зарядного пристрою для акумуляторів, який призначений для напруги від 100 до 230 В при частоті струму в мережі 50 – 60 Гц
18.	Можливість постійної підзарядки акумулятора
19.	М'які подушки столу повинні бути знімними, вологонепроникними, електропровідними. Товщина подушок - не менше 60 мм
20.	Робоча поверхня столу повинна бути рентгенпрозорою
21.	Наявність вбудованого тунеля для рентгенівських касет
22.	Конструкція рами столу повинна бути з нержавіючої сталі та рентгенпрозорою
23.	Наявність бокових шин з нержавіючої сталі, 25x10 мм, для кріплення приладдя для столу
24.	Комплектація столу:
	Панель для голови повинна регулюватися газовою пружиною та мати тунель для рентгенівських касет (1 шт.)
	Панель для ніг повинна бути двосекційною, розсувною, відкидною, з вбудованою системою балансування ваги за допомогою газової пружини, діапазон нахилу – не гірше +20/-90° (1шт.)
	Ремінь - фіксатор тулубу (1 шт.)
	Наявність в комплекті тримача руки з нержавіючої сталі та електропровідною обшивкою. Тримач руки повинен регулюватися горизонтально та вертикально, мати фіксуючий ремінь, довжина тримача – не менше 450 мм (1 шт.)
	Наявність в комплекті столу наркозної дуги з нержавіючої сталі, з захистом від прокручування та що регулюється за висотою (1 шт.)
	Наявність в комплекті столу нейрохірургічної приставки для 3-точкової фіксації черепа під час операції для позиціонування пацієнта у положенні на животі, на спині, на боці чи сидячі з 3-ма штирями для дорослих та системою кріплення до столу- (1 компл)

5. Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту):

Забезпечення відділень Інституту медичним обладнанням з метою надання спеціалізованої медичної допомоги.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за КПКВК 6561190 «Фонд розвитку закладів спеціалізованої медичної допомоги».

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, та становить 6 200 000,00 грн. з ПДВ.

8. Процедура закупівлі:

Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями).