

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»;
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050;
код за ЄДРПОУ – 02011930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (Рентгенівська плівка медична: НК 024:2023 код: 63183 – Медична плівка для принтера).

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2023-11-02-008177-a](#).

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв'язку із потребою забезпечення безперебійного лікувального процесу, необхідно провести закупівлю **рентгенівської плівки медичної** з наступними медико-технічними вимогами, а саме:

Медико-технічні вимоги

№ п/п	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Од. вим.	Кількість
1	Суша медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000 IB 35x43см №100 або еквівалент	Загальний опис: плівка для сухого друку, в аркушах, одностороння на поліефірній основі, покрита термочутливим шаром із забезпеченням високого контрасту та високої оптичної щільності діагностичних зображень. Використання: Призначена для медичних принтерів чорно-білого зображення. Основа плівки: DRYSTAR DT 2B - блакитна поліестерова підложка Товщина основи - 168 мкм; Вміст срібла: 0,9 г/м ² Максимальна оптична щільність (D max) - 3,2; Мінімальна оптична щільність (D min, вуаль) - 0,24 Упаковка в коробки по 100 аркушів Умови зберігання: Від +4 до +25 °С відносна волога, %: від 30 до 60% Гарантійний термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення Строк збереження обробленої плівки: 20 років у відповідності норм ANSI IT 9.11 та IT 9.19 Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)	пакування	4

4. Загальна характеристика та актуальність завдання (проскту):

Забезпечення Інституту рентгенівською плівкою медичною з метою надання спеціалізованої медичної допомоги.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (Рентгенівська плівка медична: НК 024:2023 код: 63183 – Медична плівка для принтера), відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної програми Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561160 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій,

спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України».

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, заявки та становить 28000,00 грн. з ПДВ.