

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»; вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050; код за ЄДРПОУ – 02011930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 - 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (63183 - Медична плівка для принтера (Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000IB 35*43 по 100 аркушів) код НК 024:2023: 63183 - Медична плівка для принтера, код ДК 021:2015 - 32354110-3- Рентгенівська плівка)).

3. Ідентифікатор закупівлі: [**UA-2025-03-13-003979-a**](#)

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв'язку із потребою забезпечення безперебійного лікувального процесу, необхідно провести закупівлю **рентгенівської плівки медичної** з наступними медико-технічними вимогами, а саме

№	Найменування	Вимоги до технічних характеристик
1 1	63183 - Медична плівка для принтера (Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000IB 35*43 по 100 аркушів) або еквівалент	1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню 2. Плівка термографічна призначена для друку медико-діагностичних знімків на принтерах DRYSTAR 5503, 5300, 5302 та DRYSTAR AXYS. 3. Основа — блакитна поліестерова підложка, товщина 168 мкм. 4. Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам: Мінімальна оптична щільність Dmin, вуаль - не більше 0,24. - Максимальна оптична щільність (Dmax) - не менше 3,2. 5. Мати наступні розміри—35х43см 6. Розфасовка : коробки 100 аркушів. 7. Завантаження в принтер при звичайному денному освітленні. 8. Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання: температура збереження: 4-25 С, в сухому приміщенні. 9. Термін збереження обробленої плівки, не менше 20 років, відповідно до норм ANSI IT 9.11 і IT 9.19. 10. Термін зберігання не менше 24 місяців.

5. Загальна характеристика та актуальність завдання (проєкту):

Забезпечення Інституту рентгенівською плівкою медичною з метою надання безперебійної спеціалізованої медичної допомоги.

6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі **ДК 021:2015 - 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (63183 - Медична плівка для принтера (Суха медична плівка DRYSTAR DT 5.000IB 35*43 по 100 аркушів) код НК 024:2023: 63183 - Медична плівка для принтера, код ДК 021:2015 - 32354110-3- Рентгенівська плівка)**, відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної програми Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561060 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України».

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, висновку робочої групи та становить 450000, 00 грн. з ПДВ.